

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

KOCH RÓBERT KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS – A „HUNGARY – SLOVAKIA CROSS-BORDER CO-OPERATION PROGRAMME 2007-2013” HUSK 1101/1.4.1/0043 PROGRAM KERETÉBEN A „GYÓGYÁSZATI ESZKÖZÖK VÁSÁRLÁSA KÓRHÁZAK ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA” TÁRGYÚ PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ORVOSI MŰSZEREK, BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE

HUSK 1101/1.4.1/0043

amely létrejött egyrészről a

KOCH RÓBERT KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

(székhely: 3780 Edelény, Dankó Pista u. 80.; adószám: 15439196-2-05; képvis.: Dr. Daher Pierre), mint vevő
(továbbiakban: **Vevő**)

másrészről

VMD ZRT.

(székhely: 2400 Dunaújváros, Petőfi Sándor utca 63.; adószám: 13215613-2-07; banksz.: 10300002-20196044-70073285; cg.: 07-10-001394; képvis.: Dr. Maróth Gáspár)

és

ELEKTRO-OXIGÉN KFT.

(székhely: 1116 Budapest, Temesvár u. 20.; adószám: 10792333-2-43; banksz.: 10102244-04432806-00000007; cg.: 01-09-169523; képvis.: Wöchna János), mint eladó (a továbbiakban: **Eladó**)

között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

Előzmények

1. Felek rögzítik, hogy Vevő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le (ajánlati felhívás: TED 2014/S 246-433716). A hivatkozott közbeszerzési eljárás tárgya az alábbiak szerint került meghatározásra:

„Adásvételi szerződés – a „Hungary – Slovakia Cross-border Co-operation Programme 2007-2013” HUSK 1101/1.4.1/0043 program keretében a „Gyógyászati eszközök vásárlása kórházak és egészségügyi intézmények számára” tárgyú projekt megvalósulásához szükséges orvosi műszerek, berendezések beszerzése”

2. Vevő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette. Vevő a közbeszerzési eljárás alapján hozott döntése szerint nyertes ajánlattevőként a jelen szerződést aláíró Eladót nevezte meg. Eladó nyilatkozata és igazolásai alapján a tárgyi feladatok ellátásához szükséges referenciákkal, személyi-, tárgyi feltételekkel rendelkezik.
3. Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítése során mindenkor figyelemmel lesznek egymás érdekeire, és lehetőségeire. Kifejezik arra vonatkozó álláspontjukat, hogy a magas színvonalú feladatellátás mindkét fél alapelve, és közös érdeke.

A fentiek előrebocsátása mellett:

Szerződés tárgya

4. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgyát képező eszközök a jelen szerződés 1. sz. mellékletében kerülnek feltüntetésre, mely melléklet tartalmazza az eszközök részletes specifikációját is (benyújtott ajánlat alapján).
5. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés keretében **kizárólag új termék szállítható**. Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződés keretében általa leszállított valamennyi termék megfelel a vonatkozó szabványoknak, és törvényben,

KOCH RÓBERT KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET
Vevő

VMD ZRT.
Eladó

ELEKTRO-OXIGÉN KFT.
Eladó

illetve a törvényhez kapcsolódó hatályos rendeletekben, valamint az ajánlati felhívásban és dokumentációban foglaltaknak, valamint a felek között létrejött egyéb megállapodásoknak és kikötéseknek. Eladó tudomásul veszi, hogy mindezekért a Ptk.-ban foglalt szabályok szerint szavatossági és kárfelelősséggel tartozik.

6. Jelen szerződés aláírásával Vevő megrendeli, az Eladó kötelezettséget vállal a 4. pontban megjelölt és az 1. sz. mellékletben részletezett termékek szállítására, összeszerelésére, üzembe helyezésére és a Vevő birtokába adására.

Szerződés időtartama

7. Szerződő felek rögzítik, hogy a 4. pontban részletezett termékek leszállításának és a 14. pontban foglalt feladatok teljesítésének határideje **60 nap** (a jelen szerződés megkötésétől számítva).
8. Szerződő felek rögzítik, hogy Vevő az előteljesítéshez hozzájárulását adja. Eladó köteles a Vevőt a teljesítés idejéről 5 naptári nappal korábban értesíteni.

A teljesítés helye

9. A jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott termékeket Eladó a Vevő székhelyére köteles leszállítani.

Fizetési feltételek

10. Szerződő felek rögzítik, hogy az Eladó a jelen szerződésben rögzített teljesítése ellenértékeként **292.500,- EUR + ÁFA**, azaz *Kétszázkilencvenkétezer-ötszáz Euro + általános forgalmi adó* számlázására jogosult, amely magában foglalja a termékek jelen szerződés 9. pontjában meghatározott helyszínre történő leszállítását, összeszerelését, beüzemeltetését és a Vevő fogadó személyzete részére történő átadás költségét is, továbbá eszközönként legalább 2 fő betanítását az eszköz üzemszerű használatára. A megjelölt ellenérték tételes felbontását a jelen szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.

Az ellenérték semmilyen jogcímen (pl.: szerelési költség, szállítási költség stb.) nem módosítható. Az ellenérték teljes körű, és tartalmaz minden járulékos költséget (átalányár), azon felül az Eladó semmilyen jogcímen további árat nem érvényesíthet.

11. Szerződő felek rögzítik, hogy a termék ellenértékének teljesítése az alábbiak szerint történik:

- A szerződés és a kifizetések pénzneme az Euro (EUR).
- A szerződés finanszírozása a „Gyógyászati eszközök vásárlása kórházak és egészségügyi intézmények számára” tárgyú HUSK 1101/1.4.1/0043 azonosító számú projektben az Európai Unió és nemzeti társfinanszírozás (támogatás intenzitása: 95,000000%) és a Vevő forrásaiból (5,000000% önerő) történik.
- Vevő előleget nem fizet.
- Részszámla benyújtására lehetőség nincsen.
- Vevő a leszállított áruk ellenértékét a szerződésszerű teljesítést valamint a szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla Vevő általi kézhezvételének napját követően 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) 6:130 § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint.
- A 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet, a Kbt. 130. § (1), (5)-(6) bekezdésének rendelkezései és az Art. 36/A. § rendelkezései irányadóak.
- Eladó a jelen pontban rögzített ellenértéken felül semmilyen jogcímen további ellenértéket nem érvényesíthet, amely a tárgyi szerződés teljesítéséhez kapcsolódik. Minden benyújtott számla kötelező melléklete a Vevő által kiadott teljesítésigazolás. A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a teljesítés helyére leszállított áruk átvételét a Vevő erre feljogosított képviselője írásban igazolta. A szerződésszerű teljesítéshez hozzátartozik továbbá az Eladó által a Vevő személyzetének tartott képzés.
- Import szállítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésével kapcsolatban Magyarországon kívül felmerülő adókat és illetékeket Eladó viseli, a megajánlott ellenérték fix.

12. Eladót a Vevő késedelmes fizetése esetén a Ptk. rendelkezéseiben rögzített mértékű késedelmi kamat illeti meg.
13. Vevő tájékoztatja Eladót, hogy a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött valamennyi szerződés vonatkozásában a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § hatálya alá esik.

Eladó jogai és kötelezettségei

14. Eladó feladata saját költségére és veszélyére az eszközöknek a teljesítési helyre történő beszállítása, összeszerelése, üzembe helyezése és azok rendeltetésszerű használatra kész állapotban a Vevő birtokába adása, továbbá eszközönként 2 fő személyzet betanítása 8 órában az eszköz üzemszerű használatára.

Az átadás üzembe helyezett állapotban történik.

15. Eladó a vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás és annak mellékletei, továbbá a vonatkozó jogszabályi előírások szerint köteles eljárni. Köteles a Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely tevékenységének eredményességét, vagy határidőre vagy az előírt minőségben való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja.
16. Eladó és alkalmazottai az áruszállítás céljából Vevő területeire a teljesítéshez szükséges időre – *adott esetben a mindenkorli házirend betartása mellett* – belépési joggal rendelkeznek azzal, hogy Vevő előzetesen leadott lista alapján biztosítja a dolgozók és a gépjárművek szabad bejutását az Eladó részére.
17. Az Eladó által szállítandó áruknak meg kell felelniük az ajánlattétel során megadott specifikációnak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyek a hivatkozott közbeszerzési eljárás során az ajánlathoz csatolt specifikációban szerepelnek. E specifikáció, valamint szakmai jellemzők/paraméterek, mint minimális értékek értelmezendők, ha és amennyiben Eladó a közbeszerzési eljárás során megajánlott terméket neki fel nem róható okból (*pl. időközben bekövetkezett modellváltás*) beszerezni már nem tudja, úgy jogosult a megajánlott paraméterektől nagyobb tudású eszköz (*pl. utód termék*) szállításával, az eredetileg megajánlott ellenérték megtartása mellett teljesíteni. Ilyen esetben Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
18. Eladó kijelenti, hogy valamennyi leszállított termék rendelkezik Magyarországon garanciális szervizháttérrel.
19. Eladó a leszállított termékek vonatkozásában egységesen **12 hónap teljes körű jótállás (helyszíni garancia)** nyújtására köteles. Amennyiben a gyártói garancia ezt meghaladó mértékű valamely termék vonatkozásában, úgy az az irányadó.
- Eladó kötelezettsége a helyszíni hibaelhárítás megkezdése szakszerelőkkel, a garanciális időszakban és garancián túl is, a hiba bejelentését követő 24 órán belül.
20. Eladó a leszállított termékek által – *azok rendeltetésszerű használata mellett* – a Vevőnek és/vagy harmadik személyeknek (*az eszköz hibájára visszavezethetően*) okozott károkért teljes körű felelősséget vállal.
21. Vevő kizárólag a mind esztétikailag, mind műszaki, mind funkcionálisan hibátlan teljesítést fogadja el szerződés szerűnek. Kizárólag gyári új termék szállítható. Vevő köteles az Eladót haladéktalanul írásban értesíteni bármely általa felismert, illetve tudomására jutott hibáról vagy kifogásról.
22. Eladó köteles az ajánlatában megjelölt alvállalkozók bevonásával teljesíteni. Irányadóak a Kbt. 128. § rendelkezései.
23. Eladó a teljesítés során rendelkezni köteles ISO 9001 vagy ISO 13485 minőségirányítási tanúsítvánnyal (*a jelen szerződés tárgyát képező termékek szállítása tárgykörében*), vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. Eladó a vonatkozó dokumentumok másolati példányát jelen szerződés megkötésével egyidejűleg átadja Vevő részére.
24. Eladó vállalja a környezettudatos (*Zöld beszerzés*) beszerzés alkalmazását:
- amennyiben lehetséges az egyeztetéseket nem személyesen hajtják végre, hogy csökkentsék az utazások számát, figyelembe véve az ellenőrzési feladatok és koordinációk igényeit;
 - egyeztetések, megbeszélések elektronikus úton történnek a papír felhasználás csökkentésének érdekében;
 - a tájékoztató anyagokhoz újrahasznosított papír használata, lehetőség szerint kétoldalas nyomtatással;

- a jegyzetek készítéséhez, fax küldéséhez/fogadásához egyoldalas nyomtatványok felhasználása;
- fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken és a kommunikációban esélytudatosságot kell megvalósítani.

A szerződésszegés

25. Szerződő felek a késedelmes és a nem teljesítés esetére – a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével – az alábbi kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg:
26. Az Eladó kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, ha neki felróhatóan:
- késedelmesen teljesít;
 - a teljesítés felróható magatartása (*mulasztása*) miatt meghiúsul (nem teljesítés).
27. A kötbér mértéke:
- **késedelmes teljesítés** esetén Eladó kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen szállított tétel nettó ellenértéke, mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 0,5 % a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a késedelmesen szállított tétel nettó ellenértékének 20 %-a.
 - **nem teljesítés (a szerződés egészének meghiúsulása)** esetén a kötbér alapja a teljes nettó ellenérték, mértéke: 25 %.
- Felek rögzítik, hogy Eladó 40 napot meghaladó késedelme nem teljesítésnek minősül (*Vevő döntése alapján*). Ezen esetben Vevő jogosult a nem teljesítés esetére járó kötbér összegét érvényesíteni.
28. Eladó mentesül a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy kötelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesíteni. A Vevőt az akadály beálltáról és megszüntetéséről haladéktalanul, utólag is igazolható módon értesíteni kell.
29. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér megfizetése a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól nem mentesít; míg a szerződés egészének meghiúsulása esetén megfizetett kötbér a további teljesítés követelését kizárja.
30. A kötbér érvényesítése nem zárja ki a szerződést megszegő fél kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik.

Egyéb rendelkezések

31. A Felek a szerződés tartama alatt minden tekintetben a másik fél érdekeit is szem előtt tartva, a jóhiszeműség és az együttműködés kölcsönös kötelezettségének figyelembevételével járnak el.
32. Kapcsolattartás
- Vevő részéről jognyilatkozatra kijelölt személy: Dr. Daher Pierre
- Vevő részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: Hegyi Henrik D.
- Eladó részéről jognyilatkozatra kijelölt személy: Dr. Maróth Gáspár
33. Ha és amennyiben a fent megjelölt személyek vonatkozásában változás állna be, úgy helyettük automatikusan a feladatuk ellátására kijelölt új munkatárs értendő.
34. Szerződő felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazással és képviseleti joggal rendelkeznek és a szerződést a szükséges információk birtokában és a felhatalmazások alapján kötik meg.
35. Jelen szerződés és annak mellékletei csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásos formában, a Kbt. 132 § rendelkezései figyelembe vételével módosíthatók.
36. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (*ajánlott levélben, telefaxon*) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskor áll be.
37. Jelen szerződés 1. és 2. számú melléklete a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
38. Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

39. Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.
40. A teljesítés során a Kbt. 125. § (4) - (6) bekezdéseinek előírásai irányadóak.


Bíróság, alkalmazandó jog

41. Felek a szerződés teljesítése során keletkezett jogvitákat elsősorban egyeztetés útján próbálják meg rendezni.
42. Amennyiben az egyeztetés bármelyik Fél részére megnyugtató megoldást nem eredményezne, a keletkezett viták tekintetében Felek a Kazincbarcikai Járásbíróság vagy a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
43. A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt., a Polgári Törvénykönyv rendelkezései valamint a benyújtott ajánlat és az Ajánlati felhívás illetve a vonatkozó dokumentáció feltételei és előírásai az irányadóak.

Felek jelen szerződést átolvasást és egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen jóváhagyólag írják alá.

2015. március 28. napján

KOCH RÓBERT KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET képv.:
Dr. Daher Pierre
Vevő



VMD ZRT. képv.:
Dr. Maróth Gaspar
Eladó

VMD Kórházi Technológiai Zrt.
2400 Dunaújváros, Petőfi S. u. 63.
Adószám: 13215613-2-07

ELEKTRO-OXIGÉN KFT. képv.:
Wochna János
Eladó

VMD Kórházi Technológiai Zrt.
2400 Dunaújváros, Petőfi S. u. 63.
Adószám: 13215613-2-07

KOCH RÓBERT KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET
Vevő

VMD ZRT.
Eladó

ELEKTRO-OXIGÉN KFT.
Eladó

Megnevezés		Össz. darabszám	
1. termékterület		5 db	
Multifunkcionális intenzív terápiás ágy			
Megajánlott termék típusa: Hill-Rom HR 900 SSR			
Gyártó: Hill-Rom			
Előírt paraméterek	Elvárás	Bírálati részszempontra vonatközü információk (S: súlyszám)	Teljesített paraméterek
EN60601-2-52 szabványnak megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik	Igen	-	Igen, EN60601-2-52 szabványnak megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik
Elektromos magasságállítás (min. 40-75 cm)	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, elektromos magasságállítás (39,5-77,5 cm)
Háttámla állítás (min. 0-65 °)	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, háttámla állítás. 0-65 °
Térd állítás vezérlővel (min. 0-25°)	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, térd állítás vezérlővel 0-28°
Multipozíciós manuális alsó lábrész állítás	Igen	-	Igen, multipozíciós manuális alsó lábrész állítás
Székpozíció egy gombnyomásával	Igen	-	Igen, székpozíció egy gombnyomásával
Vízszintbeállítás egy gombbal	Igen	-	Igen, vízszintbeállítás egy gombbal
Auto-contour	Kérjük megadni! Igen/Nem	S =15 nem = 1 igen = 100	Igen, auto-contour
4 részes sík fekvőfelület kivehető betéttel	Igen	-	Igen, 4 részes sík fekvőfelület kivehető betéttel
Trendelenburg/ Antitrendelenburg min.+/-16 °	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, trendelenburg/ Antitrendelenburg +/-17 °
Beépített akkumulátor	Igen	-	Igen, beépített akkumulátor
Funkció letiltó szerkezet	Igen	-	Igen, funkció letiltó szerkezet
Mindkét oldalon a vázszerkezetbe épített mechanikus CPR (vészleeresztő)	Igen	-	Igen, mindkét oldalon a vázszerkezetbe épített mechanikus CPR (vészleeresztő)
Ágyvégek	Igen	-	Igen, ágyvégek
Levehető lekerekített ágyvégek	Kérjük megadni! Igen/Nem	S =10 nem = 1 igen = 100	Igen, levehető lekerekített ágyvégek

Lehajtható/Lecsukható oldalrács	Igen	-	Igen, lehajtható/Lecsukható oldalrács
Egy mozdulattal lehajtható, beépített, osztott oldalrács mindkét oldalon, mely lecsapódásmentesen süllyed le	Kérjük megadni! Igen/Nem	S = 10 nem = 1 igen = 100	Igen, egy mozdulattal lehajtható, beépített, osztott oldalrács mindkét oldalon, mely lecsapódásmentesen süllyed le
4 db, minimum 150 mm átmérőjű kerékkal, melyek közül minimum 2 db fékeezhető	Igen	-	Igen, 4 db 150 mm átmérőjű kerékkal, melyek közül 4 db fékeezhető
3 állású központi fék, min. 150 mm átmérőjű kerekek, iránytartó kerékkal a fejevégnél	Kérjük megadni! Igen/Nem	S = 5 nem = 1 igen = 100	Igen, 3 állású központi fék, 150 mm átmérőjű kerekek, iránytartó kerékkal a fejevégnél
Legalacsonyabb pozíció meghatározásához fényjelzés a vezérlőn	Kérjük megadni! Igen/Nem	S = 5 nem = 1 igen = 100	Igen, legalacsonyabb pozíció meghatározásához fényjelzés a vezérlőn
Oldalrácsba integrált vezérlés mindkét oldalon, külön a beteg oldalán és külön az ápolószemélyzet részére az oldalrács külső részén, letiltó funkcióval együtt	Igen	-	Igen, oldalrácsba integrált vezérlés mindkét oldalon, külön a beteg oldalán és külön az ápolószemélyzet részére az oldalrács külső részén, letiltó funkcióval együtt
Mindkét oldalon az oldalrácsba épített háttámla dőlésszög kijelző, és az ágy vázszerkezetébe középen mindkét oldalon található hátdőlés-szögjelző	Kérjük megadni! Igen/Nem	S = 15 nem = 1 igen = 100	Igen, mindkét oldalon az oldalrácsba épített háttámla dőlésszög kijelző, és az ágy vázszerkezetébe középen mindkét oldalon található hátdőlés-szögjelző
Ágyhosszabbítás min. 18 cm	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, ágyhosszabbítás 20 cm
Egy mozdulattal kihúzható ágyazólap vagy rács az ágyvégen	Igen	-	Igen, egy mozdulattal kihúzható rács az ágyvégen
Min. kétállású matrachatároló beépítve az ágy fekvőfelületébe mindkét oldalon a fej és lábrészeknél, mely igazítható szélesebb vagy keskenyebb matrachoz.	Kérjük megadni! Igen/Nem	S = 15 nem = 1 igen = 100	Igen, kétállású matrachatároló beépítve az ágy fekvőfelületébe mindkét oldalon a fej és lábrészeknél, mely igazítható szélesebb vagy keskenyebb matrachoz.
Tartozéktartó az ágy mindkét oldalán	Igen	-	Igen, tartozéktartó az ágy mindkét oldalán
Hevederrögzítéshez kialakított fülek	Igen	-	Igen, hevederrögzítéshez kialakított fülek
Az ágy sarkokon ütköző görgők	Igen	-	Igen, az ágy sarkokon ütköző görgők
Az ágyhoz kompatibilis traumakeret rászerezhető	Igen	-	Igen, az ágyhoz kompatibilis traumakeret rászerezhető
Az ágy helyben tisztítható és fertőtleníthető	Igen	-	Igen, az ágy helyben tisztítható és fertőtleníthető

1 db infúziós állvány/ágy	Igen	-	1 db infúziós állvány/ágy
Max. terhelhetőség: min.220 kg	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen max. terhelhetőség: 220 kg
Ágy méret: min.90x210 cm	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, ágy méret: 101 x 218 cm
Az ágyhoz tartozó decubitus prevenciós matrac tulajdonságai:	-	-	NP100
Átszivárgás mentes matrachuzat	Igen	-	Igen, átszivárgás mentes matrachuzat
Matrachuzat: bőrbarát, átszivárgás mentes, a szélén hegesztett, gomba- és baktériumölő hatású, polyurethan huzat	Kérjük megadni! Igen/Nem	S =5 nem = 1 igen = 100	Igen, matrachuzat: bőrbarát, átszivárgás mentes, a szélén hegesztett, gomba- és baktériumölő hatású, polyurethan huzat
A matrac és huzata röntgensugár áteresztő és latexmentes	Igen	-	Igen, a matrac és huzata röntgensugár áteresztő és latexmentes
Belső matrabetét: nagy rugalmasságú nyomáscsökkentő habkockákra osztott, a beteg alakját követő	Igen	-	Igen, belső matrabetét: nagy rugalmasságú nyomáscsökkentő habkockákra osztott, a beteg alakját követő
Külső matrackeret. oldalirányú stabilitást biztosít.	Igen	-	Igen, külső matrackeret. oldalirányú stabilitást biztosít.

Megnevezés			Össz. darabszám
2. termékfajta ANTIDECUBITOR MATRAC			8 db
Megajánlott termék típusa: ASX			
Gyártó: Novacare GmbH			
Előírt paraméterek	Elvárás	Bírálati részszempontra vonatkozó információk (S: súlysúlyszám)	Teljesített paraméterek
Felfekvéses fekély megelőzésére ill. kezelésére a III. stádiumig	Igen	-	Igen, a III. stádiumig
Alternáló és statikus üzemmód	Igen	-	Igen, alternáló és statikus
Ciklus idő: kb. 10 perc	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 10 perc
A kompresszor az ágyvégre is szerelhető és asztalra is tehető	Igen	-	Igen, ágyvégi és asztali elhelyezés lehetséges
Nyomáskeresőnél hang- és fényriasztás	Igen	-	Igen, hang- és fényriasztás nyomáskeresőnél
A kompresszor súlya: max. 3 kg	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 3 kg
min. 16 keresztirányú cella	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 18 cella
CPR funkció	Igen	-	Igen, CPR funkció
Biztonsági dugó a szállítás közbeni nyomáskereső megakadályozására	Igen	-	Igen, szállításhoz biztonsági dugóval
Terhelhetőség: min. 130 kg	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 140 kg
Körben cippzáros, bielasztikus, légáteresztő, csúszásmentes huzatban	Igen	-	Igen

Megnevezés		Össz. darabszám	
3. termékfajta		80 db	
Matracvédő huzat			
Megajánlott termék típusa: Vízhatlan, lég- és páraáteresztő matracvédő			
Gyártó: Evordream Kft.			
Előírt paraméterek	Elvárás	Bírálati részszempontra vonatköző információk (S: súlyszám)	Teljesített paraméterek
Antiallergén	Igen	-	Igen, antiallergén
PVC és LATEX mentes	Igen	-	Igen, PVC és Latex mentes
Páraáteresztő képessége: 650g/m2/nap	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 650g/m2/nap
Vízoszlopnnyomás: min. 10 m/cm2	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 10 m/cm2
Nagymértékben légáteresztő, tökéletes a nedvességfelszívó képessége min. 400 %	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 4-5 dcl/m2 (400 %)
Minőség romlás nélkül mosható 95 °C	Igen	-	Igen, minőség romlás nélkül mosható 95 °C, sterilizálható 121°C
Kívitel. Cipzáras, kétrétegű kívül vízhatlan.	Igen	-	Igen, cipzáras, kétrétegű kívül vízhatlan.
Összetétel: Alsó réteg: Evolon 70% PES 30% PA	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, alsó réteg: Evolon 70% PES 30% PA
Összetétel: Felső réteg: PU memrán 100%PU	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, felső réteg: PU memrán 100%PU
Méret: min. 200*90*10 cm	Igen	-	Igen, 200*90*10 cm

Megnevezés		Össz. darabszám	
4 termékterület		80 db	
Matracok házi ágyhoz			
Megajánlott termék típusa: Egészségügyi komforthab matrac (hideghab matrac)			
Gyártó: Evodream Kft.			
Előírt paraméterek	Elvárás	Bírálati részszempontra vonatkozó információk (S: súlyszám)	Teljesített paraméterek
Egészségügyi komfort hab (Hideg hab)	Igen	-	Igen, egészségügyi komfort hab (Hideg hab)
Biztosítja a testsúlyhoz igazodó ideális hátgerinc alátámasztást	Igen	-	Igen, biztosítja a testsúlyhoz igazodó ideális hátgerinc alátámasztást
Könnyű, légáteresztő, formastabil	Igen	-	Igen, könnyű, légáteresztő, formastabil
Méret: min. 200*90*10 cm	Igen	-	Igen, 200*90*10 cm

Megnevezés			Össz. darabszám
5. termékfajta: Betégszállító kocsik (ábrát nézhető)			1 db
Megajánlott termék típusa: 9BR0010			
Gyártó: Favero health Projects Spa			
Előírt paraméterek	Elvárás	Bírálati részszempontokra vonatkozó információk (S: súlysúly)	Teljesített paraméterek
3 részes fekvőfelület, mely teljes hosszában röntgenezhető	Igen	-	Igen, 3 részes, teljes hosszában röntgenezhető
Festett vagy porszórt acél vázszerkezet	Igen	-	Igen, porszórt
A kocsik sarkain ütközők	Igen	-	Igen, ütközőkkel a sarkokon
A feklap 4 sarkán persely legyen kialakítva az infúziós állvány elhelyezésére	Igen	-	Igen, persely a 4 sarkon
A teleszkópos infúziós állvány tárolása a feklap alatt történhet	Igen	-	Igen, a feklap alatt tárolható
Min. 120 mm-es kerekek, melyek közül 2 fékező	Igen	-	Igen, 200 mm, 2 fékező
Színkódolt fékpedálok	Igen	-	Igen, színkódolt
Hidraulikus magasságállítás és Trendelenburg-döntés, gázrugós háttámla állítás	Igen	-	Igen, hidraulikus magasságállítás és Trendelenburg-döntés, gázrugós háttámla állítás
Az alsó rész burkolatának kiképzése tegye lehetővé az oxigénpalackok és a beteg ruházatának elhelyezését.	Igen	-	Igen, lehetővé teszi
Háttámla állítás: min. 65°	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 70°
Az alsó láb rész és a comb rész állítása is legalább 15°	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 15°
Trendelenburg-, anti-Trendelenburg döntés: min ±10°	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, ±12°
Magasságállítás: min. 600-850 mm között	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 570-870 mm

<u>Tartozékok:</u> Matrac, 3 részes mosható- fertőtleníthető műbőr bevonattal Infúziós állvány Rtg. kazettatartó Oldalrács pár Toló fogantyú pár monitortartóval a lábvégnél	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 9BR9123 3-részes matrac , mosható/fertőtleníthető 9BR9104 4 acél kampóval 9BR9115 9LS9035 9BR9110 9BR9112
---	-----------------------------	---	--

Megnevezés			Össz. darabszám
6 termékétel			80 db
Univerzális mechanikus ág			
Megajánlott termék típusa: VB30002			
Gyártó: VMD Zrt.			
Előírt paraméterek	Elvárás	Bírálati részszempontra vonatköző információk (S: súlyszám)	Teljesített paraméterek
Levehető, mosható, műanyag fekvőfelület	Igen	-	Igen
4 részes fekvőfelület	Igen	-	Igen
Fekvőfelület állíthatósága: egy kézzel működtethető	Igen	-	Igen
Levehető rozsdamentes acél+műanyag ágyvég	Igen	-	Igen
Fekvőfelület mérete: min. 900x2000 mm	Igen	-	Igen, 900*2000 mm
Hosszabbítható ágyhossz: + min. 100 mm	Kérjük megadni! igen/nem	S=10 igen = 100 nem = 1	Igen, + 150 mm
Nyomot nem hagyó, antisztatikus, min. 110 kg teherbírású, dupla műanyag kerekek központi fékkel	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, Nyomot nem hagyó, antisztatikus, 110 kg teherbírású, dupla műanyag kerekek központi fékkel
Gázrugós háttámla és comb támasz	Igen	-	Igen
Háttámla állíthatósága: min 0-70°	Igen	-	Igen, 0-86°
Háttámla állíthatósága: > 70°	Kérjük megadni! Előny a nagyobb (Egyenes arányosítással)	S=10 előny a nagyobb azzal, hogy 85° feletti érték a maximális pontot kapja	Igen, 86°
Combtámasz állíthatósága: min 0-40°	Igen	-	Igen, 0-50°
Combtámasz állíthatósága: > 40°	Kérjük megadni! Előny a nagyobb	S=10 előny a nagyobb azzal, hogy 65° feletti érték a	Igen, 50°

	(Egyenes arányosítással)	maximális pontot kapja	
Teherbírási: min. 190 kg	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 220 kg
Ágykeret 4 sarkán gumiütköző	Igen	-	Igen
Összecsukható oldalrács	Igen	-	Igen

Megnevezés			Össz. darabszám
7. termékfajta Infúziós pumpa			5 db
Megajánlott termék típusa: P2			
Gyártó: MEDIMA			
Előírt paraméterek	Elvárás	Bírálati részszempontra vonatkozó információk (S: súlyszám)	Teljesített paraméterek
Kisméretű, hordozható volumetrikus infúziós pumpa, mely alkalmas hosszú idejű-, állandó sebességű-, pontos, reprodukálható intravénás- vagy intra-artériás infúzió programozott adagolására	Igen	-	Igen
Nagy méretű numerikus és grafikus elemek megjelenítésére alkalmas LCD kijelző	Igen	-	Igen
Magyar nyelvű menürendszer	Igen	-	Igen
Pumpába min. 110 gyógyszer neve beállítható	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen 120 db gyógyszerre vonatkoztatott gyógyszerkönyvtár
Gyógyszer nevekhez rendelhető adagolási sebességek	Igen	-	Igen
Gyógyszerkönyvtár közvetlenül a pumpában vagy PC-n keresztül felprogramozható	Igen	-	Igen
Gyógyszer nevekhez minimum és maximum határértékek rendelhetők	Igen	-	Igen
Állítható áramlási sebesség: min. 1-999ml/óra	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen 0,1-1200 ml/óra
Állítható infúzió térfogat: min. 1- 9999 ml	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen 0,1-20000 ml
Légtelenítés funkció	Igen	-	Igen
Beadandó volumen és beadási idő programozható	Igen	-	Igen
Beadott volumen és adagolási sebesség folyamatos kijelzése	Igen	-	Igen
Bolus adagolás állítható volumennel, a bevitt volumen jelzésével	Igen	-	Igen
Bolusráta: min. 150 – 900 ml/h között állítható	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen 50-1200 ml/ óra

KVO funkciók, programozható min. 0,1-2 ml/ó	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen 0,1-20 ml/ óra
Szelektív ági okklúziós nyomásérzékelés és riasztás (Pumpa előtt és után)	Igen	-	Igen
Okklúziós nyomás mértéke: min. 6 szinten állítható	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen 11 szinten
Min. 3 fajta szereléssel alkalmazható: standard bürettás, transzfúziós, fényérzékeny	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen Standard- bürettás , transzfúziós- bürettás, fényérzékeny- bürettás
Cseppszámláló bürettás szerelékhez	Igen	-	Igen
Automatikus biztonsági szerelékelzárás szabadfolyás és véletlen dózis megakadályozására a pumpából kivett szereléken	Igen	-	Igen
Magas szintű riasztási rendszer hang és fényjelzéssel (akku lemerülőben, levegős szerelék, elzáródás a beteg oldalon, infúzió vége)	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen („nincs hálózat”, „Akkumulátor gyenge”, „Akkumulátor kimerült”, „ellenőrizze az IV szerelékét”, „ellenőrizze a szorítót”, „Okklúzió (pumpa előtt)”, „Okklúzió(Pumpa mögött)”, „Magas nyomás”, „vezeték szétkapcsolódott”, „Áramlás túl alacsony”, „Áramlás túl magas”, „XX perc az infúzió végéig”, „Infúzió vége”, „Levegő a szerelékben”, „Nincsen cseppszámláló”, „Szünet”, „szünet vége”, „???-tétlenség riasztás”, „A gyógyszer hatástalan”, „Hibás rögzítés”, „HIBA XX” – műszaki hiba, „Infúzió megszakadt”
Eseménytárolás min. 1500 esemény	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen 2000 db esemény
Beépített RS232 interfész, teljes körű adattovábbítás lehetőségével	Igen	-	Igen
Hálózati és akkumulátoros üzemmód	Igen	-	Igen
Akku-üzemidő min. 2 óra, 100 ml/h adagolás mellett	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen min.4 óra 100 ml/óra adagolás esetén
Medikai sínre és infúziós állványra rögzíthető legyen, külső eszköz használata nélkül	Igen	-	Igen

Ultrahangos légbuburék detektálás egy buborékra és összegzett térfogatra vonatkoztatottan,	Igen	-	Igen
Dokkolóállomásba építhető	Igen	-	Igen
Tartozékok pumpánként:		-	
min 3-3 db különböző típusú szerelék szállítása: standard bürettás, transzfúziós, véres	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen 3 db standard bürettás 3 db transzfúziós 3 db véres vagy igény esetén fényérzékeny
1 db cseppszámláló	Igen	-	Igen
1 db hálózati kábel	Igen	-	Igen

Megnevezés			Össz. darabszám
8. termékfajta Ülhető légzesterápiás ágy			1 db
Megajánlott termék típusa: Hill-Rom 900 SSR			
Gyártó: Hill-Rom			
Előírt paraméterek	Elvárás	Bírálati részszempontokra vonatköző információk (S: súlysám)	Teljesített paraméterek
EN60601-2-52 szabványnak megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik	Igen	-	Igen, EN60601-2-52 szabványnak megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik
Elektromos magasságállítás (min. 40-75 cm)	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, elektromos magasságállítás (39,5-77,5 cm)
Háttámla állítás (min. 0-65 °)	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, háttámla állítás. 0-65 °
Térd állítás vezérlővel (min. 0-25°)	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, térd állítás vezérlővel 0-28°
Multipozíciós manuális alsó lábrész állítás	Igen	-	Igen, multipozíciós manuális alsó lábrész állítás
Székpozíció egy gombnyomásával	Igen	-	Igen, székpozíció egy gombnyomásával
Vízszintbeállítás egy gombbal	Igen	-	Igen, vízszintbeállítás egy gombbal
Auto-contour	Kérjük megadni! Igen/Nem	S = 15 nem = 1 igen = 100	Igen, Auto-contour
4 részes sík fekvőfelület kivehető betéttel	Igen	-	Igen, 4 részes sík fekvőfelület kivehető betéttel
Trendelenburg/ Antitrendelenburg min.+/-16 °	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, Trendelenburg/ Antitrendelenburg min.+/-17 °
Beépített akkumulátor	Igen	-	Igen, beépített akkumulátor
Funkció letiltó szerkezet	Igen	-	Igen, funkció letiltó szerkezet
Mindkét oldalon a vázszerkezetbe épített mechanikus CPR (vészleeresztő)	Igen	-	Igen, mindkét oldalon a vázszerkezetbe épített mechanikus CPR (vészleeresztő)

Ágyvégek	Igen	-	Igen, ágyvégek
Levehető lekerekített ágyvégek	Kérjük megadni! Igen/Nem	S = 10 nem = 1 igen = 100	Igen, levehető lekerekített ágyvégek
Oldalrácsok	Igen	-	Igen, oldalrácsok
Két részre osztott oldalrácsok mindkét oldalon	Kérjük megadni! Igen/Nem	S = 10 nem = 1 igen = 100	Igen, két részre osztott oldalrácsok mindkét oldalon
4 db, minimum 150 mm átmérőjű kerékkel, melyek közül minimum 2 db fékezhető	Igen	-	Igen, 4 db 150 mm átmérőjű kerékkel, melyek közül 4 db fékezhető
3 állású központi fék, min. 150 mm átmérőjű kerekek, iránytartó kerékkel a fejvégnél	Kérjük megadni! Igen/Nem	S = 5 nem = 1 igen = 100	Igen, 3 állású központi fék, 150 mm átmérőjű kerekek, iránytartó kerékkel a fejvégnél
Legalacsonyabb pozíció meghatározásához fényjelzés a vezérlőn	Kérjük megadni! Igen/Nem	S = 5 nem = 1 igen = 100	Igen, legalacsonyabb pozíció meghatározásához fényjelzés a vezérlőn
Oldalrácsba integrált vezérlés mindkét oldalon, külön a beteg oldalán és külön az ápolószemélyzet részére az oldalrács külső részén, letiltó funkcióval együtt	Igen	-	Igen, oldalrácsba integrált vezérlés mindkét oldalon, külön a beteg oldalán és külön az ápolószemélyzet részére az oldalrács külső részén, letiltó funkcióval együtt
Mindkét oldalon az oldalrácsba épített háttámla dőlésszög kijelző, és az ágy vázszerkezetébe középen mindkét oldalon található hátdőlés-szögjelző	Kérjük megadni! Igen/Nem	S = 15 nem = 1 igen = 100	Igen, mindkét oldalon az oldalrácsba épített háttámla dőlésszög kijelző, és az ágy vázszerkezetébe középen mindkét oldalon található hátdőlés-szögjelző
Ágyhosszabbítás min. 18 cm	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, ágyhosszabbítás 20 cm
Egy mozdulattal kihúzható ágyazólap vagy rács az ágyvégen	Igen	-	Igen, egy mozdulattal kihúzható rács az ágyvégen

Min. kétállású matrachatároló beépítve az ágy fekvőfelületébe mindkét oldalon a fej és lábrészeknél, mely igazítható szélesebb vagy keskenyebb matrachoz.	Kérjük megadni! Igen/Nem	S = 15 nem = 1 igen = 100	Igen, kétállású matrachatároló beépítve az ágy fekvőfelületébe mindkét oldalon a fej és lábrészeknél, mely igazítható szélesebb vagy keskenyebb matrachoz.
Tartozéktartó az ágy mindkét oldalán	Igen	-	Igen, tartozéktartó az ágy mindkét oldalán
Hevederrögzítéshez kialakított fülek	Igen	-	Igen, hevederrögzítéshez kialakított fülek
Az ágy sarkokon ütköző görgők	Igen	-	Igen, az ágy sarkokon ütköző görgők
Az ágyhoz kompatibilis traumakeret rászerezhető	Igen	-	Igen, az ágyhoz kompatibilis traumakeret rászerezhető
Az ágy helyben tisztítható és fertőtleníthető	Igen	-	Igen, az ágy helyben tisztítható és fertőtleníthető
1 db infúziós állvány/ágy	Igen	-	Igen, 1 db infúziós állvány/ágy
Max. terhelhetőség: min.220 kg	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, max. terhelhetőség: 220 kg
Ágy méret: min.90x210 cm	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, ágy méret: 101 x 218 cm
Az ágyhoz kompresszoros antidecubitus matrac tulajdonságai:		-	Hill-Rom - Primo
Dinamikus egy légkörös, folyamatos alacsony nyomást biztosító rendszer	Kérjük megadni Igen/Nem	S=5 Igen= 100 Nem= 1	Igen, dinamikus egy légkörös, folyamatos alacsony nyomást biztosító rendszer
Elektromos ágyra is ráhelyezhető, így a légmatrac az ágygal antidecubitor ágyként funkcionál	Igen	-	Igen, elektromos ágyra is ráhelyezhető, így a légmatrac az ágygal antidecubitor ágyként funkcionál
A kompresszor egy gombnyomással hozza működésbe a matracot.	Igen	-	Igen, a kompresszor egy gombnyomással hozza működésbe a matracot.

Egyidejűleg szabályozza az alátámasztó nyomást.	Igen	-	Igen, egyidejűleg szabályozza az alátámasztó nyomást.
Újraélesztésre alkalmas (CPR) funkcióval rendelkezik	Igen	-	Igen, újraélesztésre alkalmas (CPR) funkcióval rendelkezik
Beépített automata nyomásérzékelővel rendelkezik. A nyomásérzékelő folyamatos légáramoltatással, automatikusan állítja be a matrac nyomását az érzékelő és a matraccpárnák közötti nyomás kiegyenlítésével, nincs szükség külön a súly beállításra	Kérjük megadni Igen/Nem	S=5 Igen= 100 Nem= 1	Igen, beépített automata nyomásérzékelővel rendelkezik. A nyomásérzékelő folyamatos légáramoltatással, automatikusan állítja be a matrac nyomását az érzékelő és a matraccpárnák közötti nyomás kiegyenlítésével, nincs szükség külön a súly beállításra
A fekvőfelület alátámasztó szivacsrésszel rendelkezik min.3 cm	Igen Kérjük megadni	-	Igen, a fekvőfelület alátámasztó szivacsrésszel rendelkezik 3 cm
Egyértelműen jelzi a fektetés irányát	Igen	-	Igen, egyértelműen jelzi a fektetés irányát
Hirtelen nyomáscsökkenés és áramkimaradás esetén hangriasztás	Igen	-	Igen, hirtelen nyomáscsökkenés és áramkimaradás esetén hangriasztás
Maximális nyomás biztosítása egy gombnyomással	Igen	-	Igen, maximális nyomás biztosítása egy gombnyomással

Mobilizálható, azaz hordozható táskával rendelkezik	Igen	-	Igen, mobilizálható, azaz hordozható táskával rendelkezik
A légmattac kompresszorához kiültető párna rácsatlakoztatható, mely a kompresszorról leválasztva megtartja az optimális nyomást	Kérjük megadni Igen/Nem	S=5 Igen= 100 Nem= 1	Igen, a légmattac kompresszorához kiültető párna rácsatlakoztatható, mely a kompresszorról leválasztva megtartja az optimális nyomást
A mattac helyben fertőtleníthető	Igen	-	Igen, a mattac helyben fertőtleníthető
Beteg felső súlyhatára: min.150kg	Igen Kérjük megadni	-	Igen, beteg felső súlyhatára: 250kg, terápiás súlyhatár 150 kg
Zajszint: 38dB alatt	Igen Kérjük megadni	-	Igen, zajszint: 38dB alatt
Méret: min. 200x85 cm	Igen Kérjük megadni	-	Igen, méret: 200x85 cm
Magasság: min.15 cm	Igen Kérjük megadni	-	Igen, magasság: 15 cm

Megnevezés		Össz. darabszám	
9. termékterület Lélegeztető ballon		4 db	
Megajánlott termék típusa: Ambu MARK IV lélegeztető ballon			
Gyártó: Ambu A/S			
Előírt paraméterek	Elvárás	Bírálati részszempontra vonatkozó információk (S: súlyszám)	Teljesített paraméterek
Kettős falú kivitel	Igen	-	Igen
Latexmentes	Igen	-	Igen
Beépített nyomáshatároló	Igen	-	Igen
Felnőttek és gyermekek lélegeztetésére 15 kg felett 5-ös maszkkal	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen Felnőttek és 15 kg feletti gyermekek lélegeztetésére, 5-ös maszkkal
Autoklávozható	Igen	-	Igen
Maximális térfogat: kb. 1300 ml	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen Kb. 1300 ml

Megnevezés			Össz. darabszám
10 termékterület Reanimációs kocsi			1 db
Megajánlott termék típusa: 9CL6001			
Gyártó: Favero Health Projects Spa			
Előírt paraméterek	Elvárás	Bírálati részszempontra vonatkozó információk (S: súlyszám)	Teljesített paraméterek
Alap kocsi mérete (mm) Szélessége: 850-950 mm Mélyisége: 600-700 mm Magassága: 950-1050 mm	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 910 mm 610 mm 1000 mm
Tűzálló műanyagból	Igen	-	Igen, tűzálló műanyagból
Alkohollal fertőtleníthető	Igen	-	Igen, alkohollal fertőtleníthető
Központi kulcsos zár	Igen	-	Igen központi zárral
Ampullanyitó	Igen	-	Igen, ampullanyítóval
Fertőző hulladék (használt tű) tároló	Igen	-	Igen, használt tű tároló
Fedelel szemetes tartály	Igen	-	Igen, 14 literes szemetes
Antisztatikus kivitel	Igen	-	Igen, antisztatikus
Fékezhető kerekek száma min. 2 db	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 2 db
Oldalsó lenyíló tároló rekeszek min 2 db	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 2 db
Asztalfelületből kialakított fogantyúkkal	Igen	-	Igen, integrált fogantyúk
Egybeöntött műanyag test	Igen	-	Igen, egybeöntött műanyag test
Fiók belső osztó a felső fiókhoz	Igen	-	Igen, fiókosztó
Oxigén palack tartó	Igen	-	Igen, oxigén palack tartó
Katéter tartó rekesz	Igen	-	Igen, katéter tartó rekesz
A belehelyezhető fiókok mérete, színe választható	Igen	-	Igen, választható
100mm-es fiók min. 1 db	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 3 db
150mm-es fiók min. 2 db	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 2 db
Merev szívmasszázs hátlap (nem a fiókok elé szerelve)	Igen	-	Igen, hátoldalon szerelve
Kihajtható műszertartó polc	Igen	-	Igen, kihajtható polc
Infúziós állvány	Igen	-	Igen, infúziós állvány

Megnevezés			Össz. darabszám
III. termékfajta Onkológiai kezelőszék			3 db
Megajánlott termék típusa: 9SP0043P			
Gyártó: Favero Health Projects Spa			
Előírt paraméterek	Elvárás	Bírálati részszempontra vonatkozó információk (S: súlysúlyszám)	Teljesített paraméterek
Infúziós kezelésre alkalmas kivétel	Igen	-	Igen, alkalmas
Kartámlája kihajtható	Igen	-	Igen, kihajtható
Háttámla és lábtartó külön-külön mozgatható gázrugóval	Igen	-	Igen, külön mozgatható
Magassága fix	Igen	-	Igen, fix
Mindkét oldalra rögzíthető infúziós állvány	Igen	-	Igen, mindkét oldalra felszerelhető
Ülés magasság: min. 45 cm, max. 50 cm	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 49 cm
Háttámla dönthetősége ülőrészhez képest: min. 95° - 135° között	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 93° - 144°
Terhelhetőség: min. 130 kg	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 150 kg
Az ülőlap, háttámla, lábtartó és a kartartók párnázottak, műbőrrel kárpitozottak	Igen	-	Igen, párnázottak, műbőrrel bevontak

Megnevezés			Össz. darabszám
12 termékfajta Klinikai defibrillátor			2 db
Megajánlott termék típusa: BeneHeart D3			
Gyártó: Mindray			
Előírt paraméterek	Elvárás	Bírálati részszempontra vonatkozó információk (S: súlysám)	Teljesített paraméterek
Szinkron / aszinkron bifázisos defibrillátor	Igen	-	Igen
Képernyő min. 6", színes kijelző	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 7"
Manuális és félautomata (AED) üzemmódok	Igen	-	Igen
3 lépéses működtetés	Igen	-	Igen
Választható energiaszintek min. 5-299 J	Igen	-	Igen, 1 – 360 J
Magasabb energia szintek min. 300 J	Kérjük megadni! Előny a nagyobb (Egyenes arányosítással)	S=10 előny a nagyobb azzal, hogy 360 J feletti érték a maximális pontszámot kapja	Igen, 360J
Töltési idő 200 J-ra max. 7s	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 5 s
Lapátokba integrált gyermek defibrilláló elektródák	Igen	-	Igen
EKG monitorozás 3 elvezetési kábellel	Igen	-	Igen, 3
Események tárolása EKG görbével együtt min. 20 db	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 1000
Archiválható események száma beépített memóriában az esemény megnevezésével valamint a dátum és az idő megjelölésével min. 100 db	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 1000
Külső pacemaker	Igen	-	Igen
Fix és demand üzemmódok	Igen	-	Igen
Pulzus frekvencia min. 40-170 bpm,	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 40 – 170 bpm
Ingeráram min. 0-139 mA	Igen, Kérjük	-	Igen, 0 – 200mA

	megadni!		
Magasabb ingeráram min. 140 mA	Kérjük megadni! Előny a nagyobb (Egyenes arányosítással)	S=10 előny a nagyobb azzal, hogy 200 mA feletti érték a maximális pontszámot kapja	Igen, 200 mA
Beépített hőírós nyomtató min. 2 csatornás	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 3 csatorna
Nyomtatási sebesség min. 25 mm/s	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 6,25/12,5/25/50 mm/s állítható be
Papírméret (szélesség) min. 50 mm	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 50 mm
Hálózati és akkumulátoros működés	Igen	-	Igen
Akkumulátor típusa Beépített akkumulátor és töltő (hálózatról is üzemeltethető)	Igen	-	Igen
Akkumulátoros üzemmódban 300 J energiájú ütések száma teljesen feltöltött telepek esetén min. 100	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 120
Monitorozási idő teljesen feltöltött telepek esetén min. 120 perc	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 150 perc
Készülék súlya max. 6 kg,	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 6 kg

Megnevezés			Össz. darabszám
13. termékterület lélegeztetőgépek			3 db
Megajánlott termék típusa: Stellar 150			
Gyártó: RESMED			
Előírt paraméterek	Elvárás	Bírálati részszempontra vonatkozó információk (S: súlysorszám)	Teljesített paraméterek
Hordozható, kis súlyú, és méretű készülék, beépített akkumulátorral	Igen	-	IGEN
Hálózati és akkumulátoros üzemmód	Igen	-	IGEN
A készülék oximetriával rendelkezik	Kérjük megadni! Igen/Nem	S = 10 Nem = 1 Igen = 100	IGEN integrált oximetriával
A készülék FiO szenzorral rendelkezik	Igen	-	IGEN
Külső levegőcsatlakozást nem igényel	Igen	-	IGEN
A készülék tömege akkumulátorral max. 3 kg	Igen, Kérjük megadni!	-	IGEN 2,1 kg
Külső akkumulátor csatlakozási lehetőség	Igen	-	IGEN
Oxigén csatlakoztatás a készülékre	Igen	-	IGEN
Magyar nyelvű kezelőfelület	Igen	-	IGEN
Grafikus kijelzővel ellátott	Igen	-	IGEN
Valós idejű monitorozás a készüléken	Igen	-	IGEN
Billentyűzáras védelem	Igen	-	IGEN
Invazív funkcióval is rendelkezik	Igen	-	IGEN
Fűtött párasító egység integráltan alkalmazható (egy egységet képez a csatlakoztatás után)	Igen	-	IGEN
<u>Lélegeztetési módok:</u>		-	
Nyomásvezérelt üzemmódok: CPAP, BiPAP -Spontán, - Spontán/időzített, -Időzített	Igen	-	IGEN
Nyomás támogatott vezérlés (PAC)	Igen	-	IGEN
Volumengarantált üzemmód (VAPS)	Igen	-	IGEN
Alveoláris volumenre történő lélegeztetés	Kérjük megadni! Igen/Nem	S = 10 nem = 1 igen = 100	IGEN

Beállítható paraméterek:	-	-	-
Légzési frekvencia min. 5-60 / perc	Igen Kérjük megadni	-	IGEN 5-60 / perc
Belégzési idő (Ti.) min. 0,2-4 sec állítható	Igen Kérjük megadni	-	IGEN 0,1-4 sec.
V _{tidal} volumen min. 50-2500ml állítható	Igen Kérjük megadni	-	IGEN 5-3000 ml
CPAP nyomás min. 4-20 cmH ₂ O	Igen Kérjük megadni	-	IGEN 4-20 cmH ₂ O
Belégzési nyomás IPAP min.4-30 cm H ₂ O	Igen Kérjük megadni	-	IGEN 2-40 cmH ₂ O
Kilégzési nyomás EPAP min.2-25 cmH ₂ O	Igen Kérjük megadni	-	IGEN 2-25 cmH ₂ O
Nyomás támogatás PS min. 0-30 cm H ₂ O	Igen Kérjük megadni	-	IGEN 0-38 cmH ₂ O
Perc ventiláció MV min. 1-60 l/perc	Igen Kérjük megadni	-	IGEN 0,6-60 liter/perc
Állítható belégzési trigger min 5 fokozatban	Igen Kérjük megadni	-	IGEN 5 fokozatban 2,4/4,2/6/10,2/15 liter/perc
Állítható kilégzési lefutási érzékenység min. 5 fokozatban	Igen Kérjük megadni	-	IGEN 5 fokozatban 50/35/25/15/8 % PIF-re vonatkoztatva
Valós idejű monitorozott paraméterek:		-	
Nyomás / áramlás	Igen	-	IGEN
Szivárgás	Igen	-	IGEN
Vt	Igen	-	IGEN
MV	Igen	-	IGEN
RR	Igen	-	IGEN
Többszintű riasztási rendszer (min. 3)	Igen Kérjük megadni	-	IGEN 3 szinten
Riasztások:		-	
Légzőköri csatlakozás hiba	Igen	-	IGEN
Zárt cső, maszk	Igen	-	IGEN
Magas nyomás	Igen	-	IGEN
Alacsony nyomás	Igen	-	IGEN
Alacsony percventilláció (MV)	Igen	-	IGEN
Magas respirációs ráta (RR)	Igen	-	IGEN

Alacsony respirációs ráta (RR)	Igen	-	IGEN
Alacsony FiO ₂	Igen	-	IGEN
Magas FiO ₂	Igen	-	IGEN
Magas szivárgás	Igen	-	IGEN
Apnoe	Igen	-	IGEN
Akkufeszültség alacsony	Igen	-	IGEN
Akkumulátor kimerült	Igen	-	IGEN
Rendszerhiba (készülékhiba)	Igen	-	IGEN
<u>További riasztások:</u>	Kérjük megadni	-	Készülék túl meleg Rossz maszk (Non-vented maszk) SpO ₂ alacsony SpO ₂ szenzor hiba FiO ₂ leválasztva
A riasztás hangereje szabályozható	Igen	-	IGEN
Adattárolás, megjelenítés:		-	
<u>Általános terápiás adatok megjeleníthetők:</u> Szivárgás MV V _{tidal} RR	Igen	-	IGEN
Eseménytárolás: min. az alábbiak: - Paraméterezés változtatások - Riasztások - Egyéb (pl. rendszer események)	Igen Kérjük megadni	-	IGEN -paraméterezés változása -bármely riasztás -rendszer esemény valamennyi esemény kronológiai sorrendben
Eseménytárolás min 200 esemény típusonként	Igen Kérjük megadni	-	IGEN 200 esemény típusonként
Beépített akkumulátor üzemideje min. 2 óra	Igen Kérjük megadni	-	IGEN 2 óra
A belső akkumulátor töltési ideje	Kérjük megadni	-	3 óra
A készülék mérete	Kérjük megadni	-	230 x 170 x 120 mm
Súly	Kérjük megadni	-	2,1kg
<u>Szállítási terjedelem készülékenként:</u>		-	
Készülék beépített akkumulátorral 1db	Igen	-	IGEN
Fűtött párasító egység 1db	Igen	-	IGEN
Tartós használatú szaturációs szenzor (amennyiben a készülék rendelkezik oximetriával) 1db	Igen	-	IGEN 1 db szilikon ujszenzor
FiO ₂ szenzor szereléssel 1db	Igen	-	IGEN

Orr-száj (Full-Face) maszk 2 méretben 1-1db	Igen	-	IGEN 1-1 db maszk két méretben
--	------	---	-----------------------------------

Megnevezés			Össz. darabszám
12 csatornás, 12 elvezetéses EKG			2 db
Megajánlott termék típusa: BeneHeart R12			
Gyártó: Mindray			
Előírt paraméterek	Elvárás	Bírálati részempontra vonatkozó információk (S: súlyszám)	Teljesített paraméterek
12 csatornás, 12 elvezetéses EKG készülék hálózati és akkumulátoros üzemmóddal	Igen	-	Igen
Valós idejű 12 elvezetéses nyugalmi EKG készítése	Igen	-	Igen
Beépített színes LCD/TFT képernyő, 12 EKG elvezetés egyidejű megjelenítése	Igen	-	Igen
Kijelző átmérője: min. 8"	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 8"
Kijelző felbontása: min. 800X400 pixel	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 800x480
Érintőképernyős kezelés	Igen	-	Igen
AD konverzió: min. 24 bites	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 24 bites
Akkumulátoros üzemmódban teljesen feltöltött akkumulátorral felvehető és kinyomtatható 12 elvezetéses automata EKG felvételek száma min. 300	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 400 felvétel
Akkutöltöttség kijelzése a képernyőn	Igen	-	Igen
Belső memóriában tárolható felvételek száma min. 800	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 800
A memóriában tárolt felvételek PDF vagy XML formátumban külső USB tárolóba tölthetők	Igen	-	Igen
Páciens adatok bevitelének lehetősége (numerikus és alfanumerikus adatok is)	Igen	-	Igen
Nagyfelbontású, beépített 12 csatornás hőírós nyomtató min. 210 mm széles, Z-hajtogatott	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, Z-hajtogatott, A4 (210 mm széles)
Papírsebesség: Min. 5; 12,5; 25; 50 mm/sec	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 5/12,5/25/50 mm/sec

Legalább 5-féle nyomtatási formátum (min. 3x4+1R, 3x4+3R, 6x2, 6x2+1R, 12x1)	Igen Kérjük megadni	-	Igen, 3x4+1R, 3x4+3R, 6x2, 6x2+1R, 12x1
Szűrők: izomszűrő és alapvonal vándorlás szűrő	Igen	-	Igen
Detektálható szívfrekvencia tartománya: min. 35 – 280 BPM	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 30 – 300 bpm
Mintavételi frekvencia: min. 1000 minta/mp	Igen, Kérjük megadni!	-	Igen, 1000 minta/mp
Mintavétel impulzus pacemaker detekcióhoz: min. 10000	Igen Kérjük megadni!	S=10 előny a nagyobb azzal, hogy 20000 feletti érték a maximális pontszámot kapja (Egyenes arányosítással)	Igen, 16 000
Az analízáló algoritmus megkülönbözteti a V3 / V4R elektródafelhelyezést (pl. újszülöttek esetében)	Igen, Kérjük megadni!	S=10 igen=100 nem=1	Igen
Beépített tápegység és akkumulátor-töltő	Igen	-	Igen
Automata és manuális üzemmódok	Igen	-	Igen
Ritmus üzemmód	Igen	-	Igen
EKG paraméterek automata mérésére és kiértékelésére alkalmas szoftver (szöveges értékelés)	Igen	-	Igen, Glasgow algoritmus
Külső A4 méretű lézernyomtató csatlakoztatható	Igen	-	Igen
Maximális tömege: 5 kg	Igen, Kérjük megadni	-	Igen, 4,8 kg
Tartozékok:		-	
1 db páciens kábel készlet elektródákkal	Igen	-	Igen
1 db végtagi elektróda készlet	Igen	-	Igen
1 db mellkasi szívóelektróda készlet	Igen	-	Igen
10 csomag EKG regisztráló papír	Igen	-	Igen

Megnevezés			Össz. darabszám
15 termékrel: Polisomnograph			1 db
Megajánlott termék típusa: Somnoscreen plus PSG			
Gyártó: Somnomedics			
Előírt paraméterek	Elvárás	Bírálati részszerpontra vonatköző információk (S: súlyszám)	Teljesített paraméterek
Akkumulátoros tápellátású recorder, max. 300g súly (akkumulátorral együtt)	Igen, Kérjük megadni!	-	IGEN 220g
On-line üzemmód (a felvétel közben a csatornák jelei nyomon követhetők, az adatok munkaállomáson (PC) tárolódnak)	Igen	-	IGEN
Off-line üzemmód (az adatok a recorderben tárolódnak)	Igen	-	IGEN
Az elektromos hálózat kiesése vagy az online kapcsolat megszakadása esetén is a recorder működőképes marad, a vizsgálatot nem kell megszakítani, adatvesztés nem történik	Igen	-	IGEN
On-line vezetékes adatátviteli rendszer	Igen	-	IGEN
Opcionálisan On-line vezeték nélküli (wireless) móddal bővíthető, vagy beépített vezeték nélküli (wireless) adatátviteli rendszer	Kérjük megadni! Igen/Nem	S=10 nem=1; igen=100	IGEN bővíthető recorderbe építhető egységgel 20m-ig, vagy külső bővítő egységgel 100m-ig vezeték nélküli adatátviteli távolságig
Opcionálisan szinkron videometriával bővíthető	Kérjük megadni! Igen/Nem	S=10 nem=1; igen=100	IGEN Az analízisszoftverbe beépülő kezelőfelülettel
Opcionálisan pH méréssel bővíthető	Kérjük megadni! Igen/Nem	S=10 nem=1; igen=100	IGEN AUX porton keresztül analízisszoftverbe integrálódik
Opcionálisan kapnometriával bővíthető	Kérjük megadni! Igen/Nem	S=10 nem=1; igen=100	IGEN AUX porton keresztül analízisszoftverbe integrálódik

Vizsgálati csatornák: EEG; EOG; EMG Áramlás (flow); Horkolás; Mellkasi kitérés; Hasi kitérés; EKG; SpO ₂ ; Pulzus ráta; Plethysmogram; PLM; pozíció; mozgás (aktivitás); fény detektálás; paciens marker; nyomásdetektálás (CPAP); vérnyomásmérés (non-invazív)	Igen, Kérjük megadni!	-	IGEN EEG; EOG; EMG Áramlás (flow); Horkolás; Mellkasi kitérés; Hasi kitérés; EKG; SpO ₂ ; Pulzus ráta; Plethysmogram; PLM; pozíció; mozgás (aktivitás); fény detektálás; paciens marker; nyomásdetektálás (CPAP); vérnyomásmérés (non-invazív) syst/diast.
A készülék legyen alkalmas termisztoros és nyomásváltozásos áramlásmérésre is egy időben (AASM kritérium)	Igen	-	IGEN
Vizsgálati csatornák száma: min. 32	Igen, Kérjük megadni!	-	IGEN 36 csatorna konfigurálható igény szerint <u>15 csatorna „Headboxon”:</u> -10 EEG/EOG ref. ;2EMG; 1 diff. EKG; GND; Imp. <u>13 recorderbe csatlakozó</u> <u>külső csatorna:</u> 2 mellkasi/hasi kitérés horkolás mikrofon és nyomás Áramlás thermiszotr és nyomás PLM R, PLM L, aktivitás CPAP nyomás NIBP syst és diast. AUX csatorna <u>8 recorderbe inegrált</u> <u>csatorna</u> SpO ₂ , pulzus ráta, Plethysmogram, pozíció, mozgás, fény detektálás, paciens marker, mellkasi kitérés
Min. 12 órás felvétel készítésének lehetősége	Igen, Kérjük megadni!	-	IGEN max.33 óra teljes PSG felvétel
Multi-night felvétel készítése	Igen	-	IGEN
Multi-night felvételre a recorder előre felprogramozható	Kérjük megadni! Igen/Nem	S=10 nem=1; igen=100	IGEN igény szerint felprogramozhatóan max. 10 felvétel
Manuális start (azonnali indítás)	Igen	-	IGEN
Automatikus start (időzített indítás)	Igen	-	IGEN

Intelligens akkumulátor mellyel a felvétel megkezdése előtt ellenőrizhető hogy az akkumulátor töltöttsége megfelelő-e az adott hosszúságú felvétel elkészítéséhez. (min. órás nagyságrendben)	Kérjük megadni! Igen/Nem	S=10 nem=1; igen=100	IGEN Intelligens Li-ion akkumulátor mely visszirányú adatot szolgáltat a recorder számára a készíthető felvétel hosszára vonatkozóan(órában)
Szenzor teszt, az elektródák ellenőrzésére a recorderen	Kérjük megadni! Igen/Nem	S=10 nem=1; igen=100	IGEN Kétsoros LCD kijelző a recorderen
Mintavételi frekvencia min. 128 Hz mely igény szerint állítható az alábbi csatornáknban: Flow, Horkolás Mellkasi volumenváltozás Hasi volumenváltozás Pulzus Szaturáció Aktivitás (X, Y, Z irányú) EKG PLM NIBP	Igen	-	IGEN
BP mérés; systolés és diastolés értékek <u>valamelyikének</u> folyamatos (beat to beat) monitorozása	Igen, Kérjük megadni!	-	IGEN mindkét érték (systolés és diastolés is)
BP mérés; systolés és diastolés értékek <u>mindegyikének</u> folyamatos (beat to beat) monitorozása	Kérjük megadni legalább egy érték monitorozása kötelező!	S=10 nem=1; igen=100	IGEN mindkét paraméter (systolés és diastolés) folyamatos monitorozása megvalósul.
Mintavételi frekvencia min. 512 Hz mely igény szerint állítható az alábbi csatornáknban: EEG EOG EMG	Igen, Kérjük megadni!	-	IGEN 512 Hz
Mintavételi frekvencia maximális értéke melyre a készülék upgradelhető (EEG, EOG, EMG csatornák esetén)	Kérjük megadni	S=10 előny a nagyobb azzal, hogy 0 érték megajánlása esetén az Ajánlattevő 1 pontot kap, és 2000 Hz feletti érték a maximális pontszámot kapja (Egyenes	Maximális mintavételi frekvencia upgrade-del: 4096 Hz

		arányosítással)	
Digitális jelfeldolgozás min. 16 bit	Igen, Kérjük megadni!	-	IGEN 16 bit
További csatornák	Kérjük megadni	-	PTT(Pulse Transit Time)
Elemző szoftver automatikus elemzésre, és manuális elemzésre	Igen	-	IGEN
Elemzés a felvétel közben is lehetséges	Igen	-	IGEN
Nyers felvétel (RAW) megjelenítése manuális elemzéshez	Igen	-	IGEN
Az elemzési paraméterek módosíthatók	Igen	-	IGEN
Automatikus jkv. készítés	Igen	-	IGEN
Különböző jkv. típusok konfigurálhatók, menthetők	Igen	-	IGEN
A szoftver rendelkezzen adatbázis-kezelési archiválási funkcióval	Igen	-	IGEN
Az adatok exportálhatók (pl. EXCEL, ASCII, SPSS, EDF, ...)	Igen, Kérjük megadni!	-	IGEN, adatok exportálhatók pl. DVD-re vagy egyéb külső eszközre (EXCEL, ASCII, SPSS, EDF...)
Korszerű tápellátási rendszer a recorderben: Li-Ion	Kérjük megadni! Igen/Nem	S=10 nem=1; igen=100	IGEN Intelligens Li-Ion akkumulátor
A készülék mérete	kérjük megadni	-	140 x 70 x 28 mm
Súly	kérjük megadni	-	220g működtető akkumulátorral együtt
PC munkaállomás: asztali számítógép min. kiépítése: I3-2GHz processzorral, 4GB RAM, 1TB HDD, DVD író, 22" TFT color monitor, színes lézernyomtató, Windows op. Rendszer HUN billentyűzet, egér	Igen, Kérjük megadni!	-	IGEN I3-2GHz processzorral, 4GB RAM, 1TB HDD, DVD író, 22" TFT color monitor, színes lézernyomtató, Windows 8.1 op. rendszer HUN billentyűzet, egér
Titráláshoz alkalmazható készülék:	1 db	-	IGEN
CPAP, BiPAP üzemmód	Igen	-	IGEN
Távkezelhető más helyiségből	Igen	-	IGEN
A terápiás nyomás változtatható a terápia megszakítása nélkül	Igen	-	IGEN

Integrált fűtött párasító egység	Igen	-	IGEN
Szállítási terjedelem:	-	-	-
készülék PSG 1db	Igen	-	IGEN
PC munkaállomás fenti terjedelembe 1 db	Igen	-	IGEN
Készülék programozó és analizáló szoftver 1 db	Igen	-	IGEN
Szenzorkészlet a vizsgálati csatornához 1 készlet	Igen	-	IGEN
Akkumulátortöltő 1 db	Igen	-	IGEN
Akkumulátor: 2 készlet (1 készlet annyi akkumulátort tartalmaz amennyi 1 vizsgálat elvégzéséhez szükséges)	Igen	-	IGEN
Titrló készülék fűtött párasítóval, csővel 1 db	Igen	-	IGEN
Távkezeléshez szükséges kiegészítők 1 készlet	Igen	-	IGEN
Nazális maszk 2 méretben 1-1 db	Igen	-	IGEN
Magyar nyelvű használati utasítás	Igen	-	IGEN

Adásvételi szerződés – a „Hungary – Slovakia Cross-border Co-operation Programme 2007-2013” HUSK 1101/1.4.1/0043 program keretében a „Gyógyászati eszközök vásárlása kórházak és egészségügyi intézmények számára” tárgyú projekt megvalósulásához szükséges orvosi műszerek, berendezések beszerzése

1	1. terméktétel - Multifunkcionális intenzív terápiás ágy	db	6	8 905,96 EUR	53 435,73 EUR
2	2. terméktétel - Antidecubitor matrac	db	8	1 136,93 EUR	9 095,44 EUR
3	3. terméktétel - Matracvédőhuzat	db	80	58,74 EUR	4 699,31 EUR
4	4. terméktétel - Matrac kórházi ágyhoz	db	80	70,11 EUR	5 608,86 EUR
5	5. terméktétel - Betegszállító kocsi (átröntgenezhető)	db	1	7 579,54 EUR	7 579,54 EUR
6	6. terméktétel - Univerzális mechanikus ágy	db	80	947,44 EUR	75 795,37 EUR
7	7. terméktétel - Infúziós pumpa	db	5	2 353,45 EUR	11 767,23 EUR
8	8. terméktétel - Ültethető légzésterápiás ágy	db	1	8 905,96 EUR	8 905,96 EUR
9	9. terméktétel - Lélegeztető ballon	db	4	310,76 EUR	1 243,04 EUR
10	10. terméktétel - Reanimációs kocsi	db	1	3 789,77 EUR	3 789,77 EUR
11	11. terméktétel - Onkológiai kezelőszék	db	3	2 084,37 EUR	6 253,12 EUR
12	12. terméktétel - Klinikai defibrillátor	db	2	10 827,37 EUR	21 654,74 EUR
13	13. terméktétel - Lélegeztetőgép	db	3	12 352,75 EUR	37 058,25 EUR
14	14. terméktétel - EKG	db	2	4 511,72 EUR	9 023,44 EUR
15	15. terméktétel - Polisomnograph	db	1	36 590,21 EUR	36 590,21 EUR
Összesen: (átvezetendő a felolvasólapra)					292 500,00 EUR